



Spezifikation

Artikelnummer:	6866		
Ionenaustauscher ROTI®Change 50 W x 8			
100–200 mesh, analytical grade, H+-Form			
CAS-Nummer:		Druckdatum:	24.09.2020
Formel:			
Dichte:			
Molekulargewicht:			

Typanalyse

Aussehen	hellbraunes bis orangebraunes Korn
Korngröße (mesh)	100-200
Extrahierbare Rückstände	<1 mg/g Harz
Kapazität (eq/l)	≥1,7
Gegenion	H+

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.
Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.
Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

U. Jeckel
Quality Assurance

S.Hildebrandt
Quality Management

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Vorsitzender des Aufsichtsrats: Eberhard Gaul
Geschäftsführer: Lothar Haidmann

